

Hajnówka 20-07-2012r

Starostwo Powiatowe w Hajnówce,
ul. Aleksego Zina 1,
17-200 Hajnówka

Do wszystkich uczestników postępowania
przetargowego dotyczącego zakupu i dostawy
wyposażenia na potrzeby
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w
Hajnówce”w ramach projektu : „Modernizacja
infrastruktury dydaktycznej dla współpracy polsko-
białoruskiej na rzecz osób niepełnosprawnych”

Numer sprawy: IPBU.03.01.00-20-068/10/W

Na podstawie art. 38 ust 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych,
Zamawiający zawiadamia uczestników postępowania przetargowego o wpłynięciu pytań o
udzieleniu wyjaśnień dotyczących treści SIWZ i modyfikacji SIWZ tj.:

Pytanie nr 1

Dotyczy załącznika nr 2, pakiet nr 2 pkt 11

Proszę o podanie ilości chodzików – podpórka czterokołowa stalowa

Wyjaśnienia Zamawiającego:

W pozycji nr 11 powinna być 1 sztuka chodzika-podpórki

Pytanie nr 2

Dotyczy załącznika nr 2, pakiet nr 2 pkt 34

Proszę o podanie ilości piłek masujących

Wyjaśnienia Zamawiającego:

W pozycji nr 34 powinno być 4 sztuki piłek masujących

Pytanie nr 3

Dotyczy załącznika nr 2, pakiet nr 2 pkt 1

W wymaganiach poz 1 jest napisane, że waga atlasu ma wynosić 95-100 kg z obciążeniem i
chciałbym wiedzieć czy to przypadkiem nie jest jakiś błąd?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający usuwa zapis “..waga całkowita wraz z obciążeniem 95-100kg”. Ponadto dopuszcza
rozwiązania z tolerancją +-10% - dotyczy parametrów technicznych takich jak wymiary i waga.



Pytanie nr 4

Dotyczy załącznika nr 2, pakiet nr 2 pkt 5

Czy będą brane pod uwagę fotele rehabilitacyjne o zbliżonych parametrach?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie fotela ze wskazanymi w SIWZ minimalnymi funkcjami natomiast rozwiązania techniczne z tolerancją +/-10%.

Pytanie nr 5

Dotyczy załącznika nr 2, pakiet nr 2 pkt 3 i 4

O jakie rowerki chodzi w poz 3 i 4 ? Pionowe czy poziome?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia , iż chodzi tu o rowerki stawiane na podłoże na których ćwiczący siedzi tak jak na zwykłym rowerze.

Pytanie nr 5

Dotyczy załącznika nr 2, pakiet nr 1 pkt 1

Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 pkt 1 dopuści kserokopiarkę która posiada rozdzielczość drukowania 1800-600 dpi i która posiada większą pamięć niż wymagana tj. 2048mb i większy dysk

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Starosta Włodzimierz Pietroczyk